

SCAN-IR 报告 – 模拟示例

多模态扫描 | 长期历史记录

演示档案 – 虚构数据

本文件仅展示 SCAN-IR 可能生成的报告形式，不构成医学建议、诊断或病历。生物阻抗参数属于算法估算；ECG 需要专用电极。

扫描摘要

模拟摘要：整体稳定，30
天内体脂轻度下降，足底受力对称性改善；两处皮肤区域建议在下一扫描中再次拍照比较。本报告不生成诊断结论。

体重	78.4 kg
体脂率	21.8 %
ECG 心率	68 bpm
3D 对称度	97.4 %
呼吸	15.2/min
皮肤跟踪区域	2

身体与生理参数

参数	数值	来源 / 状态
估算身高	178.2 cm	实测 / 3D
腰围	89.4 cm	估算 / 3D
身体体积	74.8 L	估算 / 3D
左右对称度	97.4 %	计算
躯干倾斜	1.7°	实测 / 3D
平均表面温度	33.1 ° C	热成像
左右最大温差	0.4 ° C	计算
相对高温区域	上背部	比较
较 7 天前	+0.2 ° C	历史
呼吸频率	15.2 /min	毫米波
规律性	稳定	计算
相对幅度	正常	比较
微动	低	毫米波
体重	78.4 kg	实测
BMI	24.7	计算
体脂率	21.8 %	BIA 估算
脂肪量	17.1 kg	BIA 估算
内脏脂肪	指数 8	BIA 估算
肌肉量	57.7 kg	BIA 估算
骨骼肌	43.1 %	BIA 估算
去脂体重	61.3 kg	BIA 估算

参数	数值	来源 / 状态
体水分	55.8 %	BIA 估算
蛋白质	17.9 %	BIA 估算
骨量	3.1 kg	BIA 估算
基础代谢	1,715 kcal/天	估算
代谢年龄	46 岁	估算指标
心率	68 bpm	ECG / 电极
记录方式	单导联	ECG
节律	示例中规律	模拟分析
采集时长	30 s	实测
信号质量	良好	质量控制
左侧受力	49.1 %	平台
右侧受力	50.9 %	平台
前 / 后	47 / 53 %	平台
压力中心	稳定	计算
姿势摆动	低	计算


高清皮肤监测

皮肤跟踪基于标准化高清图像及历次扫描比较。检测到的变化仅用于提示视觉复查，并不等同于诊断。

项目	区域	变化	来源
痣	右前臂	稳定	高清照片 / 对比
泛红	左脸颊	减轻	高清照片 + 热成像
色素斑	右肩	稳定	高清照片
痘痘	上背部	新出现	高清照片
疤痕	左膝	稳定	高清照片 / 3D 表面
浅表伤口	未标记区域	—	表面观察

历史与趋势

日期	体重	体脂	心率	对称度	皮肤
今天	78.4 kg	21.8 %	68 bpm	97.4 %	2 处
7 天前	78.7 kg	22.0 %	69 bpm	97.1 %	2 处
30 天前	79.6 kg	22.7 %	71 bpm	96.8 %	1 处
90 天前	80.2 kg	23.1 %	70 bpm	96.5 %	1 处
180 天前	81.0 kg	23.8 %	72 bpm	96.2 %	基准



建议跟踪

建议根据跟踪方案在 7 至 30 天后进行下一次扫描。异常变化用于提示进一步人工或医学评估，而不是自动作出结论。